



Maestro

SOFTWARE

DESCRIZIONE

Maestro è il software per la gestione dei dati dei pazienti che consente l'interfacciamento, il controllo e il trasferimento degli esami con tutti i dispositivi Inventis.

MODALITA' OPERATIVE

- Modulo Noah
- Stand-Alone con database proprietario
- Stand-Alone senza funzioni database (file based)
- Terze parti (scambio di dati con applicazioni esterne): protocollo proprietario MII e standard GDT

TEST DISPONIBILI

- Esami audiologici
- REM
- HIT
- Video-Otoscopia
- Acquisizione immagini e video
- Questionario

STRUMENTI COMPATIBILI

- Triangle (Audiometro)
- Bell (Audiometro)
- Harp (Audiometro)
- Piano (Audiometro)
- Piccolo (Audiometro)
- Cello (Audiometro)
- Trumpet (REM, Audiometro)
- Drum (HIT)
- Flute (Impedenzometro)
- Clarinet (Impedenzometro)
- Viola (Impedenzometro, Audiometro)
- Timpani (Timpanometro, Audiometro portatile)
- Delfino (Otoscopio)
- Harmonica (Otoscopio)
- MediCam (camera per video-endoscopia)
- MediCam HD (camera HD per video-endoscopia)
- Flexia 2 (Video-Nasofaringoscopia)
- Convertitore video Analogico-USB
- Convertitore video Analogico-USB HD

ACCESSORI COMPATIBILI

- Maestro Control panel

CONNESSIONE

USB

REQUISITI MINIMI PC

Processore: Intel® i5, 6^a generazione o superiore, 8 GB RAM
 Sistema Operativo: Windows 10 e Windows 11, 64 bits
 Risoluzione del display: suggerita 1920 x 1080 o superiore (zoom 100% o 125%)
 Rete locale (per installazione database in cartella di rete): 1 Gb/s

REQUISITI MINIMI NOAH

NOAH 4.4 o superiori (o sistemi che supportano NOAH 4.4 o superiori)

SUPPORTO SOFTWARE

Tool di assistenza remota: incluso

AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Disponibili gratuitamente

INTERFACCIA MII

Libreria per interfacciare Maestro con software di terze parti disponibile su richiesta (è richiesto l'intervento di un tecnico IT)

STANDARD APPLICABILI

Software life cycle: IEC 62304
 Health software: IEC 82304-1, IEC 81001-5-1

CE CERTIFICATE

MDR 2017/745/EU Classificazione: Class IIa
 Regola di classificazione (Allegato VIII, 2017/745): 11
 Ente notificato: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)

Maestro è sviluppato da:

INVENTIS S.r.l.

CORSO STATI UNITI, 1/3
 35127 PADOVA – ITALIA
 TELEFONO: +39.049.8962 844
 FAX: +39.049.8966 343
 info@inventis.it
 www.inventis.it

Seguici su LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/inventis-srl>

Il Sistema Qualità Inventis è conforme allo standard ISO 13485.

Inventis® è un marchio registrato di Inventis s.r.l.